BỘ Y TẾ **BỆNH VIỆN NỘI TIẾT TW**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**
Số: 327 /BVNTTW	*Hà Nội, ngày 25 tháng 3 năm 2024*

THƯ MỜI

V/v cung cấp báo giá cho gói thầu: Bảo trì, bảo dưỡng hệ thống máy lọc nước RO cung cấp nước cho máy chạy thận nhân tạo

Kính gửi: Các đơn vị cung ứng

Trước hết, Bệnh viện Nội tiết Trung ương xin gửi lời chào trân trọng đến Quý Công ty.

Bệnh viện Nội tiết Trung ương mời các đơn vị cung ứng có đủ kinh nghiệm, năng lực tham gia báo giá cho kế hoạch thực hiện gói thầu: Bảo trì, bảo dưỡng hệ thống máy lọc nước RO cung cấp nước cho máy chạy thận nhân tạo, với các nội dung sau:

1. Nội dung báo giá: Bảo trì, bảo dưỡng hệ thống máy lọc nước RO cung cấp nước cho máy chạy thận nhân tạo.

2. Danh mục mời báo giá (có phụ lục kèm theo)

3. Thời hạn gửi báo giá: Trước 16 giờ 00 phút, ngày 29 tháng 3 năm 2024.

**Lưu ý: Báo giá đã bao gồm thuế, phí, lệ phí (nếu có).*

4. Báo giá đảm bảo tính hợp pháp, có chữ ký của người đại diện theo pháp luật và đóng dấu của Công ty.

5. Nơi nhận báo giá: Phòng Hành chính Quản trị (A407) - Bệnh viện Nội tiết Trung ương.

6. Địa chỉ: Đường Nguyễn Bồ - Tứ Hiệp - Thanh Trì - Hà Nội.

7. Người nhận báo giá: Phạm Thị Huyền - Điện thoại: 0985467907

8. Email: hcqtbvnt@gmail.com

Rất mong được sự hợp tác của Quý Công ty.

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, HCQT.

GIÁM ĐỐC

BỆNH VIỆN NỘI TIẾT TRUNG ƯƠNG

Phan Hoàng Hiệp

DANH MỤC

Bảo trì, bảo dưỡng hệ thống máy lọc nước RO cung cấp nước cho máy chạy thận nhân tạo

(Kèm theo Thư mời báo giá số: 327 /BVNTTW ngày 25 tháng 3 năm 2024)

TT	Danh mục công việc	Nội dung công việc	Đơn vị tính	Số lượng
1	Bảo trì, bảo dưỡng hệ thống máy lọc nước RO cung cấp nước cho máy chạy thận nhân tạo	1.Kiểm tra tình trạng hoạt động của toàn bộ hệ thống nước RO. 2.Kiểm tra, bảo trì và tẩy rửa khử trùng đường ống 2 tháng / lần: - Kiểm tra, xử lý các lỗi và hư hỏng nhỏ của các phần tử điện, cơ khí, thủy lực như bơm, van, Attomate, Autovalve, khởi động từ, van phao....,trong phạm vi không phải thay thế vật tư linh kiện để đảm bảo hoạt động tốt. -Vệ sinh công nghiệp toàn bộ hệ thống, kiểm tra lại toàn bộ đường ống, đèn UV, tình trạng phin lọc các loại và đưa ra các cảnh báo, tư vấn kịp thời cho Bệnh viện. - Hỗ trợ kỹ thuật cho Bệnh viện khi có sự cố. Đơn vị bảo dưỡng sẽ có mặt chậm nhất trong vòng 04 giờ sau khi nhận thông tin yêu cầu kiểm tra và hỗ trợ khắc phục sự cố của Bệnh viện. - Tẩy rửa khử trùng đường ống cấp nước RO cho máy thận nhân tạo và hệ thống rửa quả lọc, tanh chứa RO, tanh lọc thô bằng hóa chất được Bộ Y tế quy định. - Trong trường hợp bệnh viện yêu cầu bảo dưỡng mà không nằm trong lịch định kỳ bảo dưỡng của hợp đồng thì chi phí cho lần bảo dưỡng đó	Lần	6

TT	Danh mục công việc	Nội dung công việc	Đơn vị tính	Số lượng
		bệnh viện chịu trách nhiệm chi trả. -Sau khi tẩy rửa, khử trùng đường ống cấp nước RO cho máy thận nhân tạo và hệ thống rửa quả lọc, tanh chứa RO bằng hóa chất được Bộ Y tế quy định, Đơn vị bảo dưỡng thực hiện kiểm tra tồn dư hoá chất bằng Test nhanh dưới sự chứng kiến của đại diện Bệnh viện làm căn cứ nghiệm thu, bàn giao hệ thống đưa vào sử dụng. 3. Nếu kết quả xét nghiệm nước RO ngay tại đầu ra của màng RO không đạt, bên Đơn vị bảo dưỡng sẽ phải hỗ trợ kiểm tra, đánh giá, thông báo và phối hợp bệnh viện đưa ra biện pháp khắc phục. Trong trường hợp kết quả xét nghiệm nước RO ngay tại đầu ra cửa màng RO đạt chuẩn mà kết quả xét nghiệm trên đường ống và trong tanh chứa chưa đạt chuẩn thì bên Đơn vị Bảo dưỡng sẽ phải khắc phục và sẽ trả chi phí cho những lần xét nghiệm mẫu tiếp theo.		

GIÁM ĐỐC

BỆNH VIỆN NỘI TIẾT TRUNG ƯƠNG

Phan Hoàng Hiệp